

各 社 御 中

隠岐広域連合長 池田 高世偉

### 仕様書に関する回答書

標記について下記のとおり回答いたしますので通知します。

事業名 移動用介護リフト購入事業

#### 質問①

質疑事項	要 旨
共通仕様	1. 貴院より令和2年11月4日付けにて入札公告されております「事業名：；移動用介護リフト」のⅡ.基本仕様に「脚の開閉動作」について記載がありませんが、基本仕様2「バッテリー駆動であること」の記載から「脚も電動にて開閉できる」という認識でよろしいですか。
回答】	1. 脚の開閉動作は必要であり、Ⅱ.基本様式 2「バッテリー駆動であること」の記載のとおり脚の開閉についても電動により開閉できる仕様であること。