

令和 3 年 5 月 18 日

各 社 御中

隠岐広域連合長 池田 高世偉

### 仕様書に関する回答書

標記について下記のとおり回答いたしますので通知します。

事業名 眼科用レーザー抗凝固装置購入事業

#### 質問①

質疑事項	要 旨
共通仕様	1. II. 基本仕様 1. (2) レーザー波長は黄 (532nm)、赤 (647nm) を選択できることとあるが、波長 532nm は緑色になるが求めている波長は黄色または緑色どちらになるのか。
<b>【回答】</b> 1. 今回当院で購入したいレーザー波長は黄色と赤色の波長である。 「黄 (532 n m)」は表記誤りであり、仕様書を「黄 (577 n m)」に訂正し、別途仕様書の正誤表をホームページへ記載する。	