

令和6年10月4日

各社 御中

隠岐広域連合長 池田 高世偉

仕様書に関する回答書

標記について下記のとおり回答いたしますので通知します。

事業名 No.1 生理検査システム一式購入事業

質問①

質疑事項	要 旨
Ⅱ. 基本仕様	<p>① 『Ⅱ-1. 基本仕様 A 1. 生理検査システム (2) ソフトウェアは、以下の条件を満たしていること。』において、①-7 については、基本仕様 B には、同等の仕様がないため、削除していただけないか。</p> <p>② 『Ⅱ-1. 基本仕様 A 1. 生理検査システム』について、基本仕様 A 生理検査システムと同等品であり、入札価格を大幅に下回ることが可能なため、別途提出する仕様書に変更はできないか。</p>
<p>【回答】</p> <p>① 及び②について 仕様書の変更は行わない。</p>	

令和6年10月4日

各社 御中

隠岐広域連合長 池田 高世偉

仕様書に関する回答書

標記について下記のとおり回答いたしますので通知します。

事業名 No.5 医療機器管理システム購入事業

質問①

質疑事項	要 旨
Ⅱ. 基本仕様	<p>① 『1. 主機能 (1)サーバーは、仮想サーバーとし、仮想サーバー上でシステム構築ができること。』について、仮想サーバーは、構築ベンダーにて準備され、必要なリソースについても準備いただけるか。</p> <p>② 『1. 主機能 (2)データベースはオラクルを用い、移植性、安定性及び同時アクセス性に優れていること。』について、オラクルは仮想サーバー構築ベンダーより支給されるとの認識でよいか。</p> <p>③ 『23. モバイル端末(7)院内の無線 LAN と通信しサーバーと接続し、データの送受信ができること。』について、認証方式は mac アドレス認証もしくは SSID とパスワード認証でよいか。</p> <p>④ リモート接続は可能か。また、可能な場合は接続方法を確認したい。</p>
【回答】	<p>①、②及び③について お見込みのとおり。</p> <p>④について 方法に関しては、別途の接続方法に関する資料を確認いただきたい。</p>

隠岐病院モコナビRDSイメージ図

