仕様書の訂正について

令和6年9月20日付けで公告を行った「令和6年度第2回隠岐病院医療機器購入事業」に関する仕様書について、下記のとおり訂正します。

令和6年10月4日

隠岐広域連合 広域連合長 池田 高世偉

令和6年度第2回隠岐病院医療機器購入事業仕様書正誤表

NO	事業名	訂正箇所	誤	正
1	隠岐病院眼底カメラ 購入事業	Ⅱ. 基本仕様 1. 本体	(1) 赤外光により被検眼を照明し、自動で眼底の位置合わせと焦点合わせができること。	[削除]
2	隠岐病院網膜電位計 購入事業	Ⅰ. 仕様書概要説明	2. 調達物品及び構成内訳 品名：網膜電位計 構成内訳：本体 1台	2. 調達物品及び構成内訳 品名：網膜電位計 構成内訳：本体 1台 ドッキングステーション 1台
3	隠岐病院網膜電位計 購入事業	Ⅱ. 基本仕様	性能、機能及び技術等に関する仕様項目に関しては、以下の要件を満たすこと。 1. チャンネル数は、1つであること。 2. インピーダンスは、5MΩ以上であること。 3. 雑音は、7μVp-p以下であること。 4. 弁別比は、80dB以上であること。 5. 周波数特性は、0.3～300Hz(-3dB)であること。 7. 感度は、入力電圧に対して出力電圧が±5%以内の誤差範囲内であること。 8. 光源は、白色LED(色温度4000～9000K)で	性能、機能及び技術等に関する仕様項目に関しては、以下の要件を満たすこと。 1. 本体 (1) チャンネル数は、1つであること。 (2) インピーダンスは、5MΩ以上であること。 (3) 雑音は、7μVp-p以下であること。 (4) 弁別比は、80dB以上であること。 (5) 周波数特性は、0.3～300Hz(-3dB)であること。 (6) 感度は、入力電圧に対して出力電圧が±

			<p>あること。</p> <p>9. 発光光量は、Rod ERG:0.01cd s/m²、Flash ERG(SF3) 3cd s/m²、Flash ERG(BF10) 10cd s/m²、Cone ERG 3cd s/m²、Flicker ERG 3cd s/m²、On-Off ERG 240cd/m²、Flash VEP 3cd s/m²であること。</p> <p>10. Flicker ERG 刺激頻度は、32Hz であること。</p> <p>11. 背景光は、30cd/m²であること。</p> <p>12. 電源は、リチウムイオン電池であること。</p> <p>13. 寸法は、幅 30×高さ 171×奥行き 130 mm であること。</p> <p>14. 測定後すぐに検査結果をプリントアウトすることができ、また、外部機器へのデータ送信ができること。</p> <p>15. 内部メモリに 30 回分の測定データを一時保存が可能であること。</p>	<p>5%以内の誤差範囲内であること。</p> <p>(7) 光源は、白色 LED (色温度 4000~9000K) であること。</p> <p>(8) 発光光量は、Rod ERG:0.01cd s/m²、Flash ERG(SF3) 3cd s/m²、Flash ERG(BF10) 10cd s/m²、Cone ERG 3cd s/m²、Flicker ERG 3cd s/m²、On-Off ERG 240cd/m²、Flash VEP 3cd s/m²であること。</p> <p>(9) Flicker ERG 刺激頻度は、32Hz であること。</p> <p>(10) 背景光は、30cd/m²であること。</p> <p>(11) 電源は、リチウムイオン電池であること。</p> <p>(12) 寸法は、幅 130×高さ 171×奥行き 130 mm であること。</p> <p>2. ドッキングステーション</p> <p>(1) 測定後すぐに検査結果をプリントアウトすることができ、また、外部機器へのデータ送信ができること。</p> <p>(2) 内部メモリに 30 回分の測定データを一時保存が可能であること。</p> <p>(3) 寸法は幅 140×高さ 168×奥行き 165 mm であること。</p>
--	--	--	--	---