

隠岐病院放射線関連機器一式調達業務事業者選定公募型プロポーザルに関する質問に対する回答書

No.	資料・項	質問・回答	
1	仕様項目書 2. X線透視システム 2-7その他付属品	質問	『専用記録PCシステムに保存した画像はフルHD画像（マトリックス1920×1080ピクセル）であること』とあるが、『またはSXGA（マトリックス1280×1024ピクセル）』とすることは可能であるか。
		回答	可能である。 これに合わせて仕様書の内容を『専用記録PCシステムに保存した画像はフルHD画像（マトリックス1920×1080ピクセル）またはSXGA（マトリックス1280×1024ピクセル）であること』に変更する。 また、変更した「基本仕様項目書」及び「基本仕様確認書」は別途当院ホームページにて提示する。