

令和7年6月12日

各 社 御中

隠岐広域連合長 池田 高世偉

仕様書に関する回答書

標記について下記のとおり回答いたしますので通知します。

事業名 No.8 全自動透析液溶解装置購入事業

質問①

質疑事項	要 旨
Ⅱ. 基本仕様	① 『Ⅱ-2. 自動濃度補正機能を有し、透析液濃度の変動を抑制し安定した供給が可能であること。』において、弊社提案予定の装置は、Ⅱ-12 の貴院保有の多人数用透析液供給装置と連動することにより、自動濃度補正機能で透析液濃度の変動を抑制し安定した透析液の供給が可能となるが、その内容で参加することは可能か。
【回答】 ① 可能である。	