

隠岐病院MRI機器調達業務事業者選定公募型プロポーザルに関する質問に対する回答書

No.	資料・項	質問・回答	
1	基本仕様 II その他 4 サービス体制 (3)	質問	<p>「保証期間終了後に保守契約をした際に、ソフトウェアのバージョンアップ、ウイルス対策を保守サポート内で行い、長期間の保守の中ではハードウェア交換が必要な際には交換作業を契約内容に基づき行うこと。」とあるが、製品に関してはウイルス対策しているが、ウイルス感染の調査及び対策駆除は保守サービスに含む事はできず別途請求するようになる。病院の仕様に対して、弊社として下記の内容の回答で病院仕様に対応していると解釈することが可能か。</p> <p>「保証期間終了後に保守した際に、ソフトウェアのバグ修正に関しては適宜ソフトウェアバージョンアップを保守サポート内で行い、長期間の保守の中において、ハードウェア交換が必要な際には交換作業を保守内容に基づき行う。またウイルス対策については、保守サービスに含むことができないため、ウイルス感染の調査及び対策駆除は別途請求を行う。」</p>
		回答	<p>仕様に対応していると解釈できる。 提案様式第5号「保守料見込見積書」に、ウイルス感染の調査及び対策駆除の見積を記載いただきたい。</p>
2	基本仕様 II その他 2 付帯作業 (10)	質問	<p>「PACS等へのDICOM画像出力機能及びDICOM Q/R機能（インターフェイス）を有すること。」とあるが、PACSメーカーからは、DICOM Q/R機能（インターフェイス）は現状の装置は接続実績無いと聞いたが、接続は必要か。</p>
		回答	<p>装置本体よりPACS・WS(VINCENT)に画像を送信できれば、接続されていなくとも良い。</p>

3	提案様式第4号の1 見積書	質問	提案様式第4号の1「見積書」において、代替対応費用とあるが、MRI可動停止期間の代替MRI装置レンタルにかかる費用という認識で良いか。
		回答	御見込みのとおりである。 しかし、今回の仕様ではMRI可動停止期間中の代替MRI装置レンタルは必須としていないため、提案内容に含まれなければ記入は不要である。
4	提案様式第5号 保守料見込見積書 MRI装置本体	質問	フルメンテナンス（本体のみ）が提案不可のため、部品免責100万円プラン（冷水装置は含まない）のパターンを提案しても問題ないか。
		回答	問題ない。 ソフトウェアのバグ修正ではない、ソフトウェアバージョンアップ（新技術の使用が可能となるなど）が盛り込まれた保守のパターンも記載いただきたい。
5	提案様式第5号 保守料見込見積書 造影剤材自動入装置 生体監視モニタ	質問	提案様式第5号「保守料見込見積書」においてスポット点検費用算出が不可の場合は、未記載で良いか。
		回答	問題ない。