止血器

仕　　様　　書

隠 岐 広 域 連 合 立
隠 岐 病 院

Ⅰ．仕様書概要説明

１．調達の背景及び目的

四肢の手術で止血帯に送気し、術中に圧力を設定・制御・維持し一時的に無血手術野を得るための機器。
現有機器は、耐用年数を超過し部品供給も終了しており修理対応不可のため更新をする。

２．調達物品及び構成内訳

品　名：　止血器

構成内訳：　本体　　1台

Ⅱ．基本仕様

性能、機能及び技術等に関する仕様項目に関しては、以下の要件を満たすこと。

１．作動モードは、シングルカフモードであること。
２．2パターンの設定値を記憶する機能を有すること。
３．エア漏れや誤作動を防止するオートロックなどの安全機能を装備していること。
４．外形寸法は、幅200㎜～240㎜、奥行き250㎜～270㎜、高さ230㎜～250㎜の範囲内であること。
５．バッテリーを搭載していること。また、バッテリーでの作動時間（満充電時）が120分以上であること。
６．当院保有の止血器（ミズホ株式会社製 MT-880）で使用しているカフが使用できること。
７．移動ができる専用架台を付属すること。
８．高圧蒸気滅菌対応の成人上肢用カフ（35cm/14インチ）及び延長チューブ（4.5m）を1個付属すること。

Ⅲ．その他特記事項

その他特記事項に関しては、以下の要件を満たすこと。

１．納入物品の搬入に要する養生、据付け及び稼働のための調整等を行うこと。
２．納入物品の納期及び納入場所については、当院と協議すること。
３．納入物品の搬入、据付け、配線、配管及び調整等については、当院と協議の上行うこと。また、費用については負担すること。
４．当院が用意する一次側電源以外に必要な電源設備、給排水設備及び配管設備等があれば、当院と協議の上行うこと。また、費用については負担すること。
５．落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上最新の仕様にて引き渡すこと。
６．年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。また、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
７．納入検査終了後から１年間は機器の無償保証期間とし、機器が正常に稼働し、臨床上最適に使用できるように定期的な点検を実施すること。また、保証期間中に発生した使用者の過失によらない故障等に係る点検、修理等については、無償保証の対象とすること。
８．納入物品は、納入後において少なくとも耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
９．取扱説明書及び簡易取扱説明書は、日本語版で１部以上提供し、また、電子媒体での提供も行うこと。
10．納入物品には、基本的機能を損なわないよう必要な付属品等を備えること。
11．納入物品のうち、薬機法の製造承認対象となる医療器具は、厚生労働大臣の承認を受けていること。
12．納入物品の十分な教育訓練を行うこと。なお、教育訓練の日時及び場所については、当院と協議の上行うこと。
13．納入物品のうち、配線ケーブルは、カテゴリ5以上オレンジ色を使用しコネクタはRJ-45とすること。また、機器の配置に考慮した適度な長さに調整し束ねること。
14．本仕様書に明示無き事項については、当院の指示のもとに実施すること。